

附件：

## 心电图仪技术参数要求

1. 导联：12 导联同步采集、显示、打印
2. 噪声电平： $\leq 15\mu\text{V}_{\text{p-p}}$
3. 频率特性：0.05Hz-150Hz
4. 时间常数： $\geq 5\text{S}$ （提供检验报告证明）
5. 输入回路电流： $\leq 50\text{nA}$
6. 耐极化电压： $\pm 650\text{mV}$ （提供检验报告证明）
7. 共模拟制比： $\geq 105\text{dB}$
8. 心率测量范围应为 30~300bpm, 测量精度为 $\pm 1\text{bpm}$  或 $\pm 1\%$ 。
9. 具有自动、手动、节律三种显示功能，可同屏显示 12 道心电波形。
10. 记录速度：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
11.  $\geq 6$  英寸 TFT 触摸屏。
12. 支持手写中文输入功能。（提供检验报告证明）
13. 具有智能环境光检测功能，可根据环境光的强度，自动调节屏幕亮度，屏幕亮度 10 级可调（提供检验报告证明）。
14. 具有 R-R 分析功能。
15. 可存储回顾最近 10 分钟心电波形。
16. 可存储 10000 份病例。
17. 病历搜索功能，支持姓名、ID 号模糊搜索。
18. 具有导联连接示意图, 能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
19. 支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪（提供检验报告证明）。
20. 具有待机唤醒功能，定时关机功能（提供检验报告证明）。
21. 可选配连接 USB 打印机，直接用普通 A4 纸打印。
22. 通过 CFDA、CE 认证。

备注：整机需提供至少一年保修售后服务。