

2024年鼓楼区华大街道社区卫生服务中心 医用冰箱具体参数要求

序号	要求
产品外观尺寸 (mm)	980*590*1960(宽*深*高), 允许偏离±3mm
容积	≥630L
制冷方式	风冷循环式, 无霜
温湿度监控方式	微电脑控制, 箱内温度、湿度数字双屏显示:
温湿度数据导出方式	自带USB数据记录模块, 参数自动记录, 多种格式保存, USB端口输出
冷藏温区	2-8°C (冷藏温区和阴凉温区可据需相互切换:)
阴凉温区	8-20度; (冷藏温区和阴凉温区可据需相互切换:)
湿度范围	35%-75%;
门玻璃	双层中空玻璃, 有效阻隔柜内外温度的相互影响, 起到节能效果
保温层材质	异氰酸酯、组合聚醚, 环保材料;
额定电压	187~242V宽电压设计, 适合电压不稳定的区域使用
置药架	≥6层, 可据需调整搁架间隔;
报警设置	多重故障报警, 可实现高低温报警、传感器故障报警、灯光闪烁报警方式
质保期	整机保修壹年及壹年以上, 关键零部件叁年及叁年以上。
其他	带标签条的搁架, 存取方便; 门体上配置安全门锁, 安全性能高; 产品符合GSP认证标准; 该产品需具备符合要求医疗器械注册证;